



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.004.A № 63245

Срок действия до 26 августа 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики давления малогабаритные КОРУНД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "СТЭНЛИ", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 47336-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
КТЖЛ. 406234.003 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; для датчиков с допускаемой
приведенной основной погрешностью $\pm 0,5\%$ или $\pm 1,0\%$ – 5 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 26 августа 2016 г. № 1194

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

" 02 " 09 2016 г.

Серия СИ

№ 026861